

单一来源采购专家论证意见

一、基本情况

申请单位	广德市人民医院
拟采购产品名称	联影 uCT510 原装球管 (当立 5.3 兆专用球管)
拟采购产品金额	约 48 万元
采购项目所属项目名称	联影 uCT510
采购项目所属项目金额	200 万元

二、申请理由

- 1. 中国境内无法获取;
- 2. 无法以合理的商业条件获取;
- 3. 其他。

原因阐述：我院联影 CT (uCT510) 自投入使用以来，效果良好，病人数量增加显著。目前该设备原装球管曝光已达到 110 万秒/次，远远超出保修寿命 (20 万秒/次)，超过平均寿命 (80 万秒/次)。根据球管现状，急需采购一只备用，以防球管突然故障影响科室正常工作。

为了与原联影 CT 能够高效兼容，达到数据类型的同一性、准确性和完整性，持续获得原厂专业的后续配套服务，尽可能延长球管使用寿命。

特请求单一来源采购一只联影 uCT510 的原装球管(当立 5.3 兆专用球管)。

三、专家论证意见 广德市人民医院联影 CT (uCT510) 原装球管采购项目，采购联影 uCT510 原装球管与该院原有采购的联影 uCT510 主机相匹配，达到数据类型的同一性、准确性和完整性，持续获得原厂专业的后续配套服务，根据《中华人民共和国财政部 74 号令》规定，该球管是核心唯一供应商采购，因此建议该联影 uCT510 原装球管从唯一供应商采购。同意上海联影医疗科技股份有限公司为本项目唯一

专家签字：谈名商



2024 年 7 月 4 日

单一来源采购专家论证意见

一、基本情况

申请单位	广德市人民医院
拟采购产品名称	联影 uCT510 原装球管 (当立 5.3 兆专用球管)
拟采购产品金额	约 48 万元
采购项目所属项目名称	联影 uCT510
采购项目所属项目金额	200 万元

二、申请理由

- 1. 中国境内无法获取：
- 2. 无法以合理的商业条件获取：
- 3. 其他。

原因阐述：我院联影 CT (uCT510) 自投入使用以来，效果良好，病人数量增加显著。目前该设备原装球管曝光已达到 110 万秒/次，远远超出保修寿命 (20 万秒/次)，超过平均寿命 (80 万秒/次)。根据球管现状，急需采购一只备用，以防球管突然故障影响科室正常工作。

为了与原联影 CT 能够高效兼容，达到数据类型的同一性、准确性和完整性，持续获得原厂专业的后续配套服务，尽可能延长球管使用寿命。

特请求单一来源采购一只联影 uCT510 的原装球管(当立 5.3 兆专用球管)。

三、专家论证意见 广德市人民医院联影 CT (uCT510) 原装球管采购项目。经论证：联影 uCT510 原装球管与该院原来采购的联影 uCT510 主机相匹配，达到数据类型的同一性、准确性、和完整性，持续获得原厂专业的后续配套服务，根据《中华人民共和国财政部第 74 号令》规定，该球管只能从唯一供应商处采购。因此建议该联影 uCT510 原装球管从唯一供应商采购。因此上海联影医疗科技股份有限公司为本项目唯一

专家签字：傅子豪

傅子豪

2024 年 7 月 4 日

单一来源采购专家论证意见

一、基本情况

申请单位	广德市人民医院
拟采购产品名称	联影 uCT510 原装球管 (当立 5.3 兆专用球管)
拟采购产品金额	约 48 万元
采购项目所属项目名称	联影 uCT510
采购项目所属项目金额	200 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取:

2. 无法以合理的商业条件获取:

3. 其他。


原因阐述: 我院联影 CT (uCT510) 自投入使用以来, 效果良好, 病人数量增加显著。目前该设备原装球管曝光已达到 110 万秒/次, 远远超出保修寿命 (20 万秒/次), 超过平均寿命 (80 万秒/次)。根据球管现状, 急需采购一只备用, 以防球管突然故障影响科室正常工作。

为了与原联影 CT 能够高效兼容, 达到数据类型的同一性、准确性和完整性, 持续获得原厂专业的后续配套服务, 尽可能延长球管使用寿命。

特请求单一来源采购一只联影 uCT510 的原装球管(当立 5.3 兆专用球管)。

三、专家论证意见: 广德市人民医院联影 uCT510 原装球管采购项目, 联影 uCT510 原装球管与该院使用的联影 uCT510 球管相匹配使用, 效率最高, 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十四条规定, 该球管只能从唯一供应商处采购。因此建议该联影 uCT510 原装球管从唯一供应商采购。因此上海联影医疗科技股份有限公司为唯一供应商。

专家签字:



2024 年 月 日